

**Coordonnées du Laboratoire de Référence**Dr D. PIERARD  
Tél. : 02/477.50.00UZ Brussel - Microbiologie  
Fax : 02/477.50.15Av. du Laarbeek, 101 1090 Bruxelles  
E-mail : Labomicro@uzbrussel.be

En 2011, le laboratoire de référence n'a confirmé aucune souche toxigène de *Corynebacterium diphtheriae*.

Une souche de *Corynebacterium diphtheriae* biovar *gravis* négative pour la toxine a bien été isolée des tissus mous (lymphœdème sur un éléphantiasis chronique) et typée. La patiente de 37 ans était originaire de la République Démocratique du Congo et séjournait depuis 6 mois en Belgique.

Résultats du typage MLST de cette souche :

Gène	allèle
atpA	4
dnaE	1
dnaK	20
fusA	4
leuA	3
odhA	16
rpoB	2
<b>ST</b>	<b>inconnu</b>

k003

L'isolat a un type de séquence inconnu, qui est apparenté au type ST62 (6/7 allèles concordants).