

Bruxelles, le 23 février 2022

Qualité des Laboratoires

## RAPPORT GLOBAL EEQ HbA1c SANG FRAIS - 2022.1A

Target HbA1c = 37.6 mmol/mol (Méthode de référence NGSP/DCCT)

INSTRUMENT	RESULT (Mean)	N	SD	CV%	Bias	Bias %
Alinity C IFCC mmol/mol	36.5	3	0.5	1.4	-1.1	-2.8
Architect Enzymatic test C IFCC mmol/mol	37.0	1	****	****	-0.6	-1.6
Capillarys 2 flex – piercing IFCC mmol/mol	42.0	7	11.5	<b>28.0*</b>	4.4	11.7
Capillarys 3 Octa IFCC mmol/mol	38.0	8	0.9	2.4	0.4	1.1
Capillarys 3 Tera IFCC mmol/mol	37.3	4	1.0	2.6	-0.3	-0.9
Cobas c 311/111 IFCC mmol/mol	37.0	1	****	****	-0.6	-1.6
Cobas 6000/8000 c501/502 IFCC mmol/mol	37.3	4	0.5	1.3	-0.3	-0.9
D-10_A1c_Program IFCC mmol/mol	38.3	3	3.1	8.0	0.7	2.0
D-100_A1c_Program IFCC mmol/mol	37.0	9	0.8	2.1	-0.6	-1.6
Menarini HA-8160 TP IFCC mmol/mol	37.0	2	0.0	0.0	-0.6	-1.6
Menarini HA-8160 VP IFCC mmol/mol	38.1	8	1.1	3.0	0.5	1.4
Menarini HA-8180T IFCC mmol/mol	38.0	4	0.8	2.1	0.4	1.1
Menarini HA-8180V IFCC mmol/mol	37.3	27	1.1	3.0	-0.3	-0.9
Minicap flex-piercing IFCC mmol/mol	37.4	5	1.1	3.0	-0.2	-0.5
TOSOH G11 IFCC mmol/mol	37.1	7	0.8	2.1	-0.5	-1.2
TOSOH G8 IFCC mmol/mol	37.7	29	0.6	1.7	0.1	0.2
Variant-II_Turbo_A1c_Program IFCC mmol/mol	37.0	1	****	****	-0.6	-1.6

\*Résultats individuels de la méthode Capillarys 2 flex – piercing (CV = 28.0%) : 37, 40, 36, 38, 38, 37 et 68 mmol/mol.

Votre rapport individuel est disponible sur le site  
[https://qseenet.com/CueSee\\_frame.asp?SelectMenu1=28](https://qseenet.com/CueSee_frame.asp?SelectMenu1=28)

Les coordinateurs d'enquête  
 Y. Lenga

Dr. K. Vernelen