

**RISQUES BIOLOGIQUES POUR LA SANTE
QUALITE DES LABORATOIRES**

**COMMISSION DE BIOLOGIE CLINIQUE
COMITE DES EXPERTS**

**EVALUATION EXTERNE DE LA QUALITE
DES ANALYSES DE BIOLOGIE CLINIQUE**

RAPPORT PRELIMINAIRE

Microbiologie Moléculaire

Chlamydia trachomatis

Neisseria gonorrhoeae

ENQUETE 2022/03

Résultats attendus :

| Echantillon | Matrice | Contenu | Résultats attendus |
|-------------|---------|--|--|
| CTNG2201 | Urine | ADN de <i>C. trachomatis</i> ADN de <i>N. gonorrhoeae</i> | <i>C. trachomatis</i> Positif <i>N. gonorrhoeae</i> Positif |
| CTNG2202 | Urine | ADN de <i>C. trachomatis</i> ADN de <i>N. gonorrhoeae</i> | <i>C. trachomatis</i> Positif <i>N. gonorrhoeae</i> Positif |
| CTNG2203 | Urine | Pas d'ADN ajouté | <i>C. trachomatis</i> Négatif <i>N. gonorrhoeae</i> Négatif |
| CTNG2204 | Urine | ADN de <i>C. trachomatis</i> | <i>C. trachomatis</i> Positif <i>N. gonorrhoeae</i> Négatif |
| CTNG2205 | Urine | Pas d'ADN ajouté | <i>C. trachomatis</i> Négatif <i>N. gonorrhoeae</i> Négatif |
| CTNG2206 | M4RT | Ecouvillon commercial avec ADN de <i>C. trachomatis</i> et <i>N. gonorrhoeae</i> | <i>C. trachomatis</i> Positif <i>N. gonorrhoeae</i> Positif |
| CTNG2207 | M4RT | Ecouvillon commercial sans ADN de <i>C. trachomatis</i> ou de <i>N. gonorrhoeae</i> | <i>C. trachomatis</i> Négatif <i>N. gonorrhoeae</i> Négatif |
| CTNG2208 | M4RT | ADN humain Pas d'ADN de pathogène ajouté | <i>C. trachomatis</i> Négatif <i>N. gonorrhoeae</i> Négatif |
| CTNG2209 | M4RT | ADN de <i>N. gonorrhoeae</i> ADN humain | <i>C. trachomatis</i> Négatif <i>N. gonorrhoeae</i> Positif |

Autorisation du rapport:



Par Bernard China, coordinateur d'enquête
Sciensano – Service Qualité des laboratoires
Rue J. Wytsman, 14 | 1050 Bruxelles
Tél.: 026425385 E-mail : bernard.china@sciensano.be

Date de publication : 05/07/2022

FIN

© Sciensano, Bruxelles 2022.

Ce rapport ne peut pas être reproduit, publié ou distribué sans l'accord de Sciensano. Les résultats individuels des laboratoires sont confidentiels. Ils ne sont transmis par Sciensano ni à des tiers, ni aux membres de la Commission, des comités d'experts ou du groupe de travail EEQ.