

## 1) Laboratorium die de analyse uitvoert:

**Dienst Voedselpathogenen**

Juliette Wytsmanstraat 14  
1050 Brussel  
België

**Klinisch biologen**

Alexandra Vodolazkaia  
Marina Mukovnikova  
Tel. : 02/642.51.11

**Wetenschappelijk verantwoordelijke**

E-mail: Foodmicro@ sciensano.be  
Tel. : 02/642.51.83

## 2) Beschrijving van de test:

**Omschrijving:**

Detectie van *Enterobacter cloacae* via klassieke cultuur methode met isolatie op MacConkey milieu en bloed agar

**Resultaten:**

Kwalitatief: Aanwezig/Afwezig

**Duur van de bewaring van de stalen:**

Omgevingsstalen worden niet bewaard. De stammen worden bewaard in de cultuurcollectie van het laboratorium en doorgezonden naar het specifieke referentie laboratorium voor verdere typering

## 3) Accreditatie:

Analyse **niet geaccrediteerd**

## 4) Instructies voor staalname:

**Type:**

Swabs

**Bewaring en transport:**

De swabs worden na staalname het best bewaard in de frigo. Voor transport naar het laboratorium gebeurt dit het best gekoeld

**Minimale hoeveelheid nodig voor analyse:**

Minimum 1 swab per analyse

## 5) Turn around time (TAT) en de frequentie van analyse:

**Maximale duur (TAT):**

8 werkdagen

**Dagen van analyse:**

Alle werkdagen

## 6) Rapportering van testresultaten:

- Opsturen van analyseverslag: De resultaten worden meegedeeld per post, per e-mail of per fax volgens de wensen van de voorschrijver
- Indien bij staalontvangst blijkt dat het staal dermate beschadigd is en een verdere analyse onmogelijk is, dan zal de aanvrager worden gecontacteerd.

## 7) Facturatie:

- *E. cloacae* detectie : **35 euro**